I-TECH
MEDICAL DIVISION

# Manuale utente

# T-one PHYSIO

**MNPG37 Rev.1 del 12/10/2010**

**ATTENZIONE: T-ONE E' UN DISPOSITIVO MEDICO.**
In presenza di qualsiasi problema di salute utilizzare T-ONE solo dopo aver consultato il proprio medico.

Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare T-ONE. Prima di utilizzare i programmi medicali leggere attentamente le controindicazioni e le avvertenze.

CE 0476 Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE per applicazioni di tipo medicale

**IACER S.r.l. SU**
Sede legale: S. Marco 2757, 30124 Venezia - Italia
Sede operativa: via Pertini 24/A, 30030 Martellago (Venezia) - Italia.
Tel. 041-5401356 Fax 041-5402684 e-mail:iacer@iacer.it www.iacer.ve.it

I-TECH
MEDICAL DIVISION

## INDICE MANUALE UTENTE


1. **Contenuto del kit T-ONE;** **Pag. 5**

2. **Destinazione d'uso** **Pag. 5**
   Controindicazioni ed effetti collaterali

3. **Avvertenze** **Pag. 6**

4. **Legenda simboli posti su T-ONE e nel manuale** **Pag. 7**

5. **Guida all'uso di T-ONE** **Pag. 7**
   Descrizione dei comandi - Istruzioni preliminari - Istruzioni operative

6. **Ricarica delle batterie** **Pag. 9**

7. **Dichiarazione di conformità CE** **Pag. 10**

8. **Manutenzione e conservazione di T-ONE** **Pag. 10**

9. **Risoluzione di problemi e quesiti** **Pag. 11**

10. **Elettrostimolazione ed intensità di stimolazione** **Pag. 12**

11. **Programmi WAVE** **Pag. 13**

12. **Programmi REHAB** **Pag. 21**

13. **Programmi EMS** **pag. 27**

14. **Gestione memorie programmabili** **Pag. 36**

15. **Impostazioni (SETUP)** **Pag. 40**
    Selezione della lingua e del contrasto display

16. **Elettrodi adesivi** **Pag. 41**

17. **Caratteristiche tecniche** **Pag. 41**

18. **Garanzia** (cartolina da compilare e spedire) **Pag. 42**
    Norme di garanzia

# 1. Contenuto del kit T-ONE PHYSIO.

n° 1 elettroterapia T-ONE PHYSIO;
n° 4 cavi di connessione con presa femmina 2mm, per la trasmissione degli impulsi elettrici;
n° 2 confezioni da 4 elettrodi adesivi 48x48mm. pregellati;
n° 2 confezioni da 4 elettrodi adesivi 50x90mm. pregellati;
n° 1 confezione da 8 elettrodi adesivi circolari 32 mm pregellati;
n° 1 caricabatteria;
n° 2 confezioni di 4 batterie Ni-Mh ricaricabili AA size;
n° 1 manuale utente T-ONE;
n° 1 manuale delle posizioni elettrodi.
n° 1 Kit elettrodi per ionoforesi (spugne + fascia elastica di contenimento).

## Sono disponibili i seguenti accessori acquistabili a parte:

- Elettrodi adesivi pregellati misure: 48X48mm • 50x90mm • viso diam. 32mm;
- Elettrodi in gomma per ionoforesi misure: 60x80mm • 80x120mm;
- Fasce elastiche per contenimento elettrodi ionoforesi;
- Set 8 fasce elasticizzate conduttive per elettrostimolazione per cosce e polpacci.

# 2. Destinazione d'uso.

L'elettrostimolatore T-ONE è un dispositivo medico il cui impiego è indicato per il terapista, per il preparatore atletico presso un centro o ambulatorio privato. Ne è previsto l'uso anche per gli operatori professionali presso centri di estetica esclusi i programmi medicali. È previsto l'uso anche in ambito domestico da parte di persone adulte, adeguatamente istruite attraverso la lettura del manuale. Il costruttore consiglia che i programmi di tipo medicale, quali WAVE, REHAB e MEM, siano eseguiti sotto controllo medico.

## Controindicazioni.

Vietato l'uso ai portatori di pace-maker, cardiopatici, epilettici, donne in stato di gravidanza, persone con flebiti in atto, con stati febbrili, con tromboflebiti, persone ansiose, in presenza di gravi malattie.
I programmi Microcorrente (W08), Ionoforesi (W09 e W10), Diadinamica (da W13 a W18), corrente CP e LP (W19 e W20), HVPC (W21), utilizzano **impulsi monofasici**, quindi polarizzanti: per questo motivo è necessario mantenere una distanza minima di 10 cm tra gli elettrodi e le protesi metalliche.
In presenza di traumi, stress muscolari o qualsiasi altro problema di salute utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il proprio medico e sotto controllo medico.

## Effetti collaterali

Non sono noti significativi effetti collaterali. In alcuni casi di persone particolarmente sensibili, dopo il trattamento si manifestano degli arrossamenti cutanei in corrispondenza degli elettrodi: l'arrossamento scompare normalmente pochi minuti dopo il trattamento. Se l'arrossamento persiste consultare un medico.
In rari casi la stimolazione serale provoca su alcuni soggetti un ritardo nell'addormentarsi. In tale caso evitare il trattamento serale.

# 3. Avvertenze.

T-ONE funziona con batterie da 1,5V, o con batterie da 1,2V di potenza superiore ai 1500mA.

- L'apparecchio non genera e non riceve interferenze elettromagnetiche da altre apparecchiature. E' opportuno comunque usare l'apparecchio tenendo l'applicatore a distanza di almeno 3 metri da televisori, monitor, telefoni cellulari o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica.
- Vietato l'uso delle batterie in caso di perdita acido, per evitare cortocircuiti.
- Vietato l'uso del dispositivo in presenza di apparecchiature che monitorizzano pazienti.
- Non usare T-ONE con apparecchi di elettrochirurgia o di terapia ad onde corte o microonde.
- Vietato l'uso a persone incapaci di intendere e di volere, a persone che soffrono di disturbi alla sensibilità, a persone anche solo momentaneamente inabili se non assistite da personale qualificato (es. medico o terapista).
- Vietato l'uso del dispositivo in presenza di segni di deterioramento del dispositivo stesso.
- Vietato l'uso del dispositivo in prossimità di sostanze liquide e all'aperto al fine di evitare che sostanze liquide (pioggia o altro liquido) penetrino all'interno del dispositivo.

In caso di penetrazione di sostanze estranee nel dispositivo contattare immediatamente il rivenditore o il produttore.

In caso di caduta verificare che non siano presenti crepe del contenitore o lesioni di qualsiasi natura, se presenti contattare il rivenditore o il produttore.

In caso di variazione delle prestazioni, durante il trattamento, interrompere immediatamente lo stesso e rivolgersi immediatamente al rivenditore o al produttore (di ciò deve essere informato anche il paziente in trattamento presso un centro).

- Vietato l'uso del dispositivo in combinazione con altri dispositivi medici, in prossimità di sostanze infiammabili o in ambienti con elevate concentrazioni di ossigeno.

Con stimolazioni muscolari prolungate è possibile riscontrare una sensazione di pesantezza muscolare. In questi casi si consiglia di sospendere per qualche giorno i trattamenti con T-ONE e di riprendere con i programmi recupero muscolare e capillarizzazione.

Porre attenzione all'integrità della spina e dell'involucro del caricabatteria (se fornito). Se risultano segni di deterioramento in una qualsiasi di queste parti sospendere immediatamente l'uso del caricabatteria e contattare il rivenditore o il produttore.

Utilizzare solo caricabatterie forniti dal produttore; l'uso di caricabatterie non forniti dal produttore solleva quest'ultimo da ogni responsabilità circa danni all'apparato o all'utilizzatore.

- Vietato posizionare gli elettrodi in modo che il flusso della corrente attraversi l'area cardiaca (es: un elettrodo nero sul petto e un elettrodo rosso sulle scapole); è altresì consentito posizionare gli elettrodi lungo i fasci muscolari in area cardiaca come nel rafforzamento pettorali.
- Vietato posizionare gli elettrodi sopra od in prossimità di lesioni o lacerazioni della cute, su seni carotidei (carotide), genitali, in prossimità degli occhi. Non investire il bulbo oculare con la corrente erogata (un elettrodo diametralmente opposto all'altro rispetto all'occhio); mantenere una distanza minima di 3 cm. dal bulbo oculare.
- Per l'uso degli elettrodi seguire le indicazioni riportate nel presente manuale e sulla confezione degli elettrodi stessi. Utilizzare elettrodi monopaziente, forniti esclusivamente dal produttore o dal rivenditore, ed evitare accuratamente lo scambio di elettrodi fra utilizzatori diversi.
- Usare solo elettrodi forniti dal costruttore; T-ONE è testato e garantito per l'uso con gli elettrodi in dotazione. Elettrodi di sezione inadeguata possono provocare reazioni della pelle o scottature. Solo per le applicazioni sul viso utilizzare elettrodi rotondi.
- Non utilizzare gli elettrodi se sono danneggiati anche se aderiscono bene alla cute.
- Vietato l'uso quando l'elettrodo non aderisce più alla cute. Un reiterato utilizzo degli stessi elettrodi può compromettere la sicurezza della stimolazione, infatti può causare un arrossamento cutaneo che persiste parecchie ore dopo la fine della stimolazione.
- Attenzione, nel caso degli elettrodi rotondi durante il trattamento è possibile superare una densità di corrente di 2mA/cm² per ogni elettrodo. In questi casi porre particolare attenzione ad eventuali arrossamenti cutanei.
- Non usare sonde anali o vaginali in caso di lacerazioni cutanee o muscolari ed in ogni caso senza prescrizione del medico.

Vita utile del prodotto: 5 anni

## 4. Legenda simboli posti su T-ONE e nel manuale.

CE 0476 Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE per le applicazioni di tipo medicale

Apparecchio con alimentazione interna con parti applicate di tipo BF

Prodotto soggetto alla normativa RAEE relativa alla raccolta differenziata

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima della messa in esercizio del dispositivo

Pulsante di accensione e spegnimento.

Tasti multifunzione, selezione programmi e gruppi muscolari.

Tasti multifunzione, selezione campo di applicazione, uomo, donna , salto fase.

Avvia/Interrompe il programma selezionato, conferma selezione e pausa.

Tasto aumento intensità corrente in uscita

Tasto diminuzione intensità corrente in uscita

## 5. Guida all'uso di T-ONE. Descrizione dei comandi.


Avvio e arresto programma / conferma selezione
Display LCD grafico
Accensione / Spegnimento
Selezione programmi e gruppi muscolari
Selezione campi di applicazione, uomo, donna
Selezione campi di applicazione, uomo, donna e salto fase
Aumenta intensità canale
Diminuisce intensità canale
Uscita canale 1 cavo blu
ch1 ch2 ch3 ch4
Uscita canale 4 cavo bianco
Uscita canale 2 cavo giallo
Uscita canale 3 cavo rosso

## Istruzioni preliminari.

Prima di usare T-ONE pulire la cute in prossimità della zona da trattare; collegare i cavi di elettrostimolazione all'elettrodo con cavo scollegato da T-ONE; posizionare gli elettrodi adesivi sulla cute (vedere foto nel manuale posizionamento elettrodi); collegare i cavi agli appositi spinotti ed accendere il dispositivo.

## Istruzioni operative. (N.B. leggere tutto il manuale prima dell'uso)

1. Accendere T-ONE con il pulsante tenendolo premuto per almeno 1 secondo.
2. Selezionare il campo di applicazione: Wave, Rehab, EMS, Mem con i tasti .
3. Procedere alla scelta del programma desiderato con il tasti (es. E03 forza base).
4. procedere con la selezione uomo o donna (solo dove previsto) con i tasti .


Selezione uomo


Selezione donna

5. Quindi selezionare il gruppo muscolare interessato con i tasti

arti superiori uomo

tronco uomo

arti inferiori uomo

arti superiori donna

tronco donna

arti inferiori donna

6. Per iniziare il lavoro di stimolazione premere il tasto ; sullo schermo viene visualizzata la scritta *posizionare sulla cute gli elettrodi, collegare i cavi e aumentare l'intensità;* per iniziare la sessione di lavoro premere il tasto dei canali utilizzati per l'elettrostimolazione ed aumentare l'intensità di corrente in uscita; T-ONE si posizionerà in automatico nella schermata di lavoro visualizzando il nome del programma scelto.
7. Alzare l'intensità di stimolazione con il tasto dei canali interessati, fino al raggiungimento di tolleranza personale (comfort di stimolazione).



Durante il funzionamento del dispositivo, sul display appare una barra indicante inizio e fine della contrazione. I periodi di contrazione muscolare (il pieno della barra) e i periodi di recupero (il tratteggio o la retinatuta della barra) vengono visualizzati graficamente con un cursore sotto la barra stessa. In questo modo l'utente conosce esattamente il momento in cui inizia la contrazione.

8. Al termine della prima fase, T-ONE azzera l'intensità precedentemente selezionata, avvisando l'utente con un segnale intermittente; per procedere con il programma aumentare nuovamente l'intensità. La fine del programma viene segnalata con un triplo segnale acustico.
9. Al termine del programma spegnere T-ONE e togliere i cavi. Attaccare gli elettrodi sulle pellicole trasparenti e riporli nelle confezioni di origine.

### Aumento intensità simultaneo sui 4 canali:

Selezionare il programma desiderato:

Avvio programma

Aumentare almeno fino ad intensità 1 per ogni singolo canale:

Blu CH1

Giallo CH2

Rosso CH3

Bianco CH4

Per modificare contemporaneamente l'intensità di tutti i canali utilizzare i tasti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Aumenta | | Diminuisce |

**Comando salto fase:** durante il normale funzionamento del programma premendo il tasto si salta alla fase successiva.

**Comando pausa/arresto programma:** durante il funzionamento del programma, premendo una volta il tasto si sospende momentaneamente il normale ciclo di funzionamento, per ripartire premere nuovamente il tasto .
Per **interrompere il programma** premere consecutivamente due volte il tasto .

## 6. Ricarica delle batterie.

Indicazione sul display dello stato di carica delle batterie:

Batterie cariche

Batterie parzialmente scariche

Batterie scariche

CARATTERISTICHE CARICABATTERIA: vedi foglio istruzioni caricabatteria.
Utilizzare caricabatterie forniti esclusivamente dalla ditta costruttrice o dal rivenditore autorizzato. L'uso di altri caricabatterie può compromettere seriamente la sicurezza dell'intero apparato e dell'utilizzatore.
Utilizzare solo batterie del tipo fornito in dotazione (Ni-Mh ricaricabili da 1,2V stilo AA), oppure normali batterie usa e getta da 1,5V. L'impiego di altri tipi di batterie può causare malfunzionamento o danneggiamento dell'apparecchio. Per danni dovuti ad un impiego di batterie non adeguate, il produttore non si assume nessuna responsabilità.
ATTENZIONE: non ricaricare batterie diverse da quelle fornite con il caricabatterie al Ni-Mh.

Non mischiare batterie nuove (o ricaricate) con batterie esaurite.
Non gettare batterie vecchie o difettose nei rifiuti domestici: per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori.
⚠ **IMPORTANTE:** non lasciare le batterie scariche all'interno di T-ONE per lungo tempo. Prima di mettere a dimora T-ONE per lunghi periodi, raccomandiamo di estrarre le batterie, effettuare un ciclo di ricarica completo e riporle in un luogo asciutto.

**Operazione di ricarica:**

- Inserire le batterie ricaricabili nel caricabatterie secondo la polarità indicata;
- Innestare il caricabatterie in una presa di rete 220/230 VAC.
- Il tempo medio per il ciclo di ricarica completo varia dalle 8 alle 12 ore.
- Durante la carica le batterie si scaldano: si tratta di un processo normale e non comporta pericoli.

⚠ **IMPORTANTE:** scollegare il caricabatterie dalla rete quando non è in funzione.
⚠ **IMPORTANTE:** scollegare gli elettrodi durante la fase di ricarica delle batterie.

**Si consiglia di ricaricare sempre le batterie per un ciclo completo di 8/12 ore, indipendentemente dalla luce (rossa o verde) presente sul caricabatteria.**

**Non usate il caricabatterie nel caso in cui la spina sia danneggiata, sia stato esposto alla pioggia o altro liquido, i componenti abbiano subito danni da caduta.**

Non immergere il caricabatterie nell'acqua. Per la pulizia del caricabatterie usare un panno asciutto. Non aprire il caricabatterie: esso non contiene parti riparabili.

# 7. Dichiarazione di conformità CE

La ditta IACER Srl, con sede in via S. Pertini 24/A 30030 Martellago (VE) – ITALIA, dichiara che il dispositivo della famiglia T-ONE, modello T-ONE PHYSIO, è costruito in conformità alla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 concernente i dispositivi medici (D. Lgs. 46/97 del 24 Febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici").
Il dispositivo T-ONE PHYSIO è un dispositivo in classe IIa secondo l'allegato IX, regola 9, della Direttiva 93/42/CEE.

Ente Notificato: Cermet Scarl, Via di Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Martellago, 05/04/2010

Il rappresentante legale
Mario Caprara

# 8. Manutenzione e conservazione di T-ONE.

Si consiglia di spegnere alla fine di ogni seduta T-ONE, oltre a togliere i cavi dagli appositi connettori. T-ONE dovrà essere conservato all'interno della confezione, insieme a tutti gli elementi di cui è dotato, e riposto con cura su di un piano sicuro ed al riparo da situazioni elencate nel paragrafo *Avvertenze*.

T-ONE completo di batterie va conservato alle seguenti condizioni:

Temperatura: da –20℃ a +40℃
Umidità relativa massima: 75%
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
**Pulizia:** per la pulizia del dispositivo utilizzare esclusivamente un panno asciutto.

E' consigliabile effettuare presso la ditta produttrice un controllo funzionale del dispositivo ogni 18 mesi.
Il fabbricante non considera il dispositivo T-ONE riparabile da parte di personale esterno all'azienda stessa. Ogni intervento in tal senso da parte di personale non autorizzato dalla ditta costruttrice verrà considerato manomissione del dispositivo, sollevando il costruttore dalla garanzia e dai pericoli a cui può essere sottoposto l'operatore o l'utilizzatore.

**N.B.** prima di riporre l'elettrostimolatore nella borsa, scollegare i cavi. Se ciò non viene fatto, i cavi assumono pieghe eccessive in prossimità dei connettori. Ne può derivare un danneggiamento dei cavi.

# 9. Risoluzione di problemi e quesiti.

Ogni tipo di intervento su T-ONE dovrà essere effettuato solo dal produttore o dal rivenditore autorizzato. In ogni caso prima di spedire T-ONE al costruttore sarà necessario assicurarsi del reale malfunzionamento di T-ONE.
Di seguito alcune situazioni tipiche:

**T-ONE non si accende:**
- Verificare che siano presenti le batterie nell'apposito vano.
- Provare a ricaricare le batterie e quindi ritentare l'accensione.
- Verificare che non ci sia la presenza di ossido sui contatti delle batterie, pulire con uno straccio asciutto e ritentare l'accensione.
- Verificare di aver premuto correttamente il tasto di accensione (almeno un secondo di pressione).
- Le batterie sono inserite con la polarità invertita, posizionarle correttamente e ritentare l'accensione.

**T-ONE non trasmette impulsi elettrici:**
- Assicurarsi di aver collegato le clips o spinotti agli appositi elettrodi, e di aver staccato l'elettrodo dalla plastica di conservazione.
- Assicurarsi che i cavi siano connessi in maniera corretta (connettore ben inserito).
- Nel caso l'impulso sia avvertibile solo premendo l'elettrodo sulla cute, procedere alla sostituzione dell'elettrodo stesso in quanto ormai usurato e non più utilizzabile.

**T-ONE si riavvia durante funzionamento:**
- E' consigliabile ricaricare o sostituire le batterie e iniziare nuovamente il trattamento.

### Smaltimento

Per la salvaguardia dell'ambiente, il dispositivo, gli accessori e soprattutto le batterie vanno smaltiti facendo riferimento alle norme di legge in apposite aree attrezzate o tra i rifiuti speciali.

Prodotto soggetto alla normativa RAEE relativa alla raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico o contattare il produttore.

# 10. Elettrostimolazione ed intensità di stimolazione.

L'elettrostimolazione consiste nella trasmissione al corpo umano di microimpulsi elettrici localizzati generati con T-ONE e condotti agli elettrodi applicati al corpo a mezzo dei cavi di connessione.
I campi di applicazione dell'elettrostimolazione sono: terapia del dolore, riabilitazione muscolare, recupero del trofismo muscolare dopo traumi o interventi operatori, preparazione atletica e trattamenti estetici.
Per ognuna di queste applicazioni sono utilizzati impulsi elettrici specifici.

**L'intensità della stimolazione** è rappresentata sul visore di T-ONE, per ogni canale con una scala crescente da 0 a 120. Nei programmi Sport e Beauty l'intensità si differenzia a seconda del tipo di muscolo o programma utilizzato; specifichiamo ora come stabilire la giusta intensità a seconda dell'impulso utilizzato.

Le tipologie di impulsi possono essere così suddivise:

1. **Impulso tens:** nei programmi tens, l'intensità va regolata tra la soglia di percezione e la soglia del dolore. Il limite massimo è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi. È consigliabile non andare oltre tale limite.
2. **Impulso microcorrente:** l'intensità massima selezionabile è 12, quindi molto bassa. La regolazione va fatta tra 6 e 12 e potrebbe risultare quasi impercettibile: non si tratta di un malfunzionamento, ma del normale svolgersi del programma.
3. **Impulso ionoforesi:** l'intensità deve essere regolata in modo da avvertire un notevole formicolio sull'area trattata, producendo una leggera contrazione dei muscoli circostanti. Intensità massima selezionabile: 50.
4. **Impulso di EMS:** in questo caso sarà necessario produrre una stimolazione con intensità a crescita graduale, in modo da innalzare gradualmente il metabolismo del muscolo trattato. Un po' quello che succede con la propria autovettura: prima di portarla ai massimi regimi di giri bisogna riscaldare il motore.
5. **Impulso di contrazione tonificante, allenante, amiotrofia:** durante l'impulso allenante il muscolo trattato dovrà produrre delle vistose contrazioni. Si noterà anche ad occhio nudo come il muscolo tenda ad irrigidirsi e crescere di volume. Si consiglia di alzare l'intensità gradualmente (nella prima contrazione) per individuare un giusto comfort di stimolazione. Nella seconda contrazione allenante si alzerà ulteriormente l'intensità fino a raggiungere la soglia soggettiva di sopportazione, questa operazione andrà ripetuta di contrazione in contrazione, fino a portare il carico di lavoro ai livelli di intensità consigliati nella descrizione dei singoli programmi. Si consiglia inoltre di annotare le intensità raggiunte per cercare di migliorare il livello di stimolazione e di conseguenza le prestazioni.
6. **Impulso di massaggio, defaticante, recupero attivo:** l'intensità dovrà essere regolata gradualmente, ottenendo un massaggio del muscolo trattato. Si consiglia di regolare l'intensità a valori tali da ottenere un massaggio assolutamente confortevole. Si tenga conto che in questo caso non bisogna resistere ad intensità elevate, perché si tratta di un massaggio, pertanto sarà possibile progredire gradualmente con l'aumento dell'intensità senza eccessi.
7. **Impulso di capillarizzazione:** alzare gradualmente l'intensità fino a produrre una stimolazione costante e visibile dell'area trattata; si consiglia una soglia di stimolazione media, sempre al di sotto della soglia del dolore.
8. **Impulso di lipolisi/drenaggio:** l'effetto "pompa" viene prodotto da contrazioni toniche sequenziali. L'intensità deve essere sufficiente a produrre queste contrazioni: maggiore sarà la contrazione, maggiore sarà l'effetto pompa indotto. Ma attenzione non serve resistere ad intensità elevate tali da produrre dolore. Si consiglia di eseguire le prime sedute di elettrostimolazione ad intensità basse in modo da consentire all'organismo di adattarsi a sensazioni nuove. In questo modo l'aumento di intensità sarà graduale e per nulla traumatico.
9. **Altri impulsi:** vedi descrizione del programma.

# 11. Programmi WAVE.

## ⚠ ATTENZIONE!

Va sottolineata la grande capacità dell'elettroterapia come strumento antalgico, e la funzione del dolore come indicatore di patologie a vario genere!
La maggior parte dei programmi del presente paragrafo hanno natura antalgica. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare T-ONE.

**RICORDATE CHE IL DOLORE E' UN SEGNALE:**
**prima di utilizzare T-ONE individuare la patologia con l'ausilio del medico!**

La TENS, acronimo che indica "stimolazione nervosa elettrica transcutanea", è una tecnica terapeutica utilizzata con prevalente finalità antalgica per contrastare gli effetti (tipicamente dolore) provocati dalle patologie più svariate: dolori cervicali, artrosi, mialgie, nevriti, dolori alla schiena, periartriti, pesantezza alle gambe, debolezza muscolare, solo per citarne alcuni.
A livello accademico, la TENS viene distinta in diverse categorie, secondo il meccanismo che coinvolge per ottenere l'effetto di riduzione del dolore: TENS convenzionale (o antalgico rapido), TENS training tipo elettroagopuntura (o antalgico ritardato o endorfinico), TENS a scansione dove vengono variati i parametri di stimolazione durante il trattamento, TENS ai valori massimi con azione antidromica e conseguente effetto anestetizzante locale immediato, TENS burst che è un mix dei primi due tipi di tens.
La funzione riabilitativa della TENS è rappresentata dalla sua capacità di ridurre il dolore con conseguente ripristino delle condizioni fisiologiche; il che consente al paziente di riprendere il più delle volte una funzionalità motoria normale. Pensiamo ad un paziente afflitto da una fastidiosa periartrite; questi, o ricorre all'uso di analgesici, oppure convive col dolore che il più delle volte rende impraticabili anche i più semplici movimenti. L'immobilità riduce l'attività metabolica con conseguente incapacità di eliminazione delle sostanze algogene. Ecco attivato un circolo vizioso. La TENS, oltre a ridurre il dolore, provoca una stimolazione indotta della muscolatura con aumento dell'attività metabolica, maggior flusso sanguigno, migliore ossigenazione dei tessuti con apporto di sostanze nutritizie. Se dunque si combina TENS e stimolazione muscolare dell'area interessata, l'effetto positivo sarà amplificato.

## Posizione elettrodi ed intensità.

Gli elettrodi vanno posti a quadrato circoscrivendo la zona dolente utilizzando il canale 1 e il canale 2 come in figura 1(il posizionamento rosso in alto/nero in basso è indifferente ai fini della terapia, seguire le indicazioni nel manuale posizionamento elettrodi). Intensità regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore: il limite massimo di intensità è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi; oltre questo limite la stimolazione non aumenta la sua efficacia ma solo il senso di fastidio, quindi è bene fermarsi prima di tale soglia.

Figura 1




⚠ IMPORTANTE
Applicare gli elettrodi formando un quadrato sopra la zona dolente mantenendo una distanza minima di 4cm. tra un elettrodo e l'altro.

## W01 • TENS rapido. (Programma medicale).

Programma detto anche **tens convenzionale**, utilizzato a scopo antalgico; la sua azione è quella di indurre nell'organismo un blocco del dolore a livello spinale, secondo quanto sostenuto dalla "teoria del cancello" di Melzack e Wall. Gli impulsi dolorifici che partono da un determinato punto del corpo (ad esempio una mano) percorrono le vie nervose (attraverso fibre nervose di piccolo diametro) fino a raggiungere il sistema nervoso centrale. La Tens convenzionale attiva fibre nervose di grosso diametro che, a livello spinale, bloccano il percorso delle fibre di piccolo diametro. E' dunque una azione prevalentemente sul sintomo: per semplificare ulteriormente viene occluso il filo che porta l'informazione del dolore.
La durata del trattamento non deve essere inferiore a 30/40 minuti. **La tens convenzionale è una corrente che può essere utilizzata nel trattamento dei dolori quotidiani in genere**. Il numero di trattamenti richiesti in media per riscontrare dei benefici è 10/12 con frequenza giornaliera (nessuna controindicazione nel raddoppiare la dose).
Il programma ha una durata di 30 minuti in una sola fase. In caso di dolore particolarmente insistente, al termine di una seduta ripetere il programma.
**Posizione elettrodi: :** formare un quadrato sopra la zona dolente come figura 1.
**Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore: il limite massimo di intensità è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi (da questo livello scendere di uno step).

## W02 • TENS endorfinico Frequenza 0,5 Hz. (Programma medicale).

Questo tipo di stimolazione produce due effetti in relazione al posizionamento degli elettrodi: posizionando gli elettrodi in zona dorsale con riferimento foto 08 del manuale delle posizioni, favorisce la produzione endogena di sostanze morfinosimili che hanno la proprietà di innalzare la soglia di percezione del dolore; con posizionamento elettrodi formando un quadrato sopra la zona dolente come figura 1, produce un effetto vascolarizzante. L'azione di vascolarizzazione produce un aumento della portata arteriosa con un conseguente effetto positivo sulla rimozione delle sostanze algogene ed un ripristino delle condizioni fisiologiche normali.
Durata del trattamento 20 minuti in una sola fase, frequenza giornaliera.
**Non posizionare gli elettrodi in prossimità di aree soggette a stati infiammatori**.
**Intensità** regolata in modo da produrre una buona sollecitazione della parte stimolata (15÷30), la sensazione deve essere simile ad un massaggio.

## W03 • TENS endorfinico Frequenza 1 Hz. (Programma medicale).

Come il precedente con frequenza 1 Hz.

## W04 • TENS endorfinico Frequenza 2 Hz. (Programma medicale).

Come il precedente con frequenza 2 Hz.

## W05 • TENS a scansione. (Programma medicale).

L'azione è molto simile a quella del programma W01. In questo programma vengono variati, durante la stimolazione, frequenza e larghezza impulso al fine di contrastare l'assuefazione alla stimolazione (non saranno richiesti continui incrementi di intensità). Selezionare l'intensità all'inizio del programma e mantenerla fino alla fine: regolare in modo da percepire un discreo formicolio nella zona trattata. Può accadere che durante il programma la percezione della corrente quasi scompaia; in questo caso non aumentare l'intensità e attendere la fine. La TENS sta svolgendo la sua funzione.
La durata è di 20 minuti/una fase. Intensità: appena sopra la soglia di percezione.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona dolente come figura 1 o fare riferimento alle posizioni da foto 25 a foto 33.

## W06 • TENS ai valori massimi. (Programma medicale).

Durata brevissima, 3 minuti con una fase. Produce un blocco periferico degli impulsi dolorifici causando un vero e proprio effetto anestetizzante locale. E' un tipo di stimolazione adatto in situazioni di traumi o contusioni in cui è necessario intervenire con rapidità. L'intensità selezionata è quella massima sopportabile (ben oltre il limite della tens convenzionale, quindi con vistosa contrazione dei muscoli circostanti l'area trattata). Per questo motivo tale stimolazione è certamente quella meno tollerata, ma di grande efficacia. È un tipo di stimolazione che si sconsiglia alle persone particolarmente sensibili ed in ogni caso da evitare di posizionare gli elettrodi in zone sensibili come viso, genitali, prossimità di ferite.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona dolente come figura 1 o fare riferimento alle posizioni da foto 25 a foto 33.

## W07 • TENS impulsi Burst. (Programma medicale).

Stimolazione che produce effetto tens training utilizzando frequenze della tens convenzionale. Molto usata in terapia del dolore. L'azione è simile a quella del programma TENS endorfinico, con durata del trattamento 15 minuti con una fase.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona dolente come figura 1.
**Intensità** regolata in modo da produrre una buona sollecitazione della parte stimolata (15÷30mA), la sensazione deve essere simile ad un massaggio.

## W08 • Microcorrente (MENS). (Programma medicale).

La MENS rilascia una corrente molto bassa, sottosensoriale o sensoriale poco percettibile. Le proprietà principali delle MENS sono:

- correggere le correnti bioelettriche del corpo quando alterate da malattie;
- azione antalgica;
- produzione di ATP (la produzione di ATP favorisce la sintesi di proteine e l'aumento della velocità di guarigione delle ferite);
- riduzione dell'edema: la MENS è in grado di ridurre la permeabilità vascolare con conseguente miglioramento dall'attività linfatica.

È un programma adatto ad aree molto sensibili (viso, prossimità di genitali, aree infiammate) o per persone che mal tollerano la Tens convenzionale. Durata 30 minuti. **Intensità** massima limitata a 12. Si consiglia un livello di intensità compreso tra 6 e 12.

Tabella delle corrispondenze Intensità impostata/corrente efficace:

| Intensità impostata a display | Corrente efficace |
|---|---|
| 0,5 | 0,15 mA |
| 1 | 0,30 mA |
| 3 | 0,90 mA |
| 5 | 1,5 mA |
| 9 | 2,7 mA |
| 12 | 3,6 mA |

## W09-W10 • Ionoforesi 1 / Ionoforesi 2. (Programma medicale).

La **ionoforesi** è una tecnica elettroterapica che sfrutta la corrente continua per introdurre medicamenti nella zona di dolore o di contrattura. Ionoforesi significa "trasporto di ioni": si tratta di veicolare ioni farmacologicamente attivi attraverso la cute per mezzo di corrente continua. La corrente elettrica favorisce la penetrazione del farmaco all'interno delle cellule e contemporaneamente stimola l'eliminazione delle scorie metaboliche.
Il farmaco utilizzato può avere polarità negativa, positiva, doppia polarità. Attraverso la corrente erogata il medicamento viene veicolato da un polo all'altro attraversando così la sede affetta da patologia e rilasciando lo specifico principio attivo.

**ATTENZIONE**: prima di iniziare la seduta di ionoforesi, inumidire abbondantemente i due elettrodi in spugna e strizzarli per evitare che gocciolino, poi cospargere il farmaco sull'elettrodo come indicato di seguito:

- **Farmaci con polarità positiva**: vanno diluiti sull'elettrodo posto sul polo positivo (connessione rossa).
- **Farmaci con polarità negativa**: vanno diluiti sull'elettrodo posto sul polo negativo (connessione nera).
- **Farmaci bipolari**: vanno diluiti indifferentemente sull'elettrodo posto sul polo negativo o positivo.

**Posizionare l'elettrodo col farmaco sopra la zona dolente e l'altro trasversalmente**.
Durata programma: 20 minuti. Scegliere il canale 1 o il canale 2 (scegliere entrambi i canali solo se si desidera stimolare due aree diverse). Posizionare gli elettrodi (positivo e negativo) trasversalmente alla zona da trattare. I canali 3 e 4 sono disabilitati. Impostare un valore di **intensità** tale da produrre un forte formicolio nell'area trattata. È possibile riscontrare un leggero arrossamento cutaneo a fine programma; il rossore scompare normalmente entro un'ora dalla fine del programma.
Il programma 1 lavora con una frequenza di 1000 Hz, il secondo con frequenza di 1500 Hz. La capacità di veicolazione del programma 2 è maggiore, ma anche il rischio di arrossamento a fine programma. **Non usare il programma ionoforesi in prossimità di protesi metalliche!**




I programmi W09 e W10 differiscono tra di loro solo per la frequenza di funzionamento. Il secondo lavora ad una frequenza maggiore del primo quindi con una capacità maggiore di veicolare principi attivi. Per contro può causare una maggiore irritabilità alla cute. Per la prima applicazione di W10, controllare dopo i primi 5 minuti l'arrossamento cutaneo sotto gli elettrodi (interrompere il programma e poi sollevare gli elettrodi per controllare): se l'arrossamento risulta eccessivo passare al programma W09.

La ionoforesi è inoltre una tecnica utilizzata con evidenti risultati anche nel trattamento di patologie dell'apparato genitale maschile, come ad esempio l'IPP (Induratio Penis Plastica) o malattia di La Peyronie.
Si consiglia di consultare il proprio specialista o medico curante prima di intraprendere la terapia.
È possibile richiedere il materiale informativo dedicato rivolgendosi direttamente al fabbricante.

## W11 • Ematoma. (Programma medicale).

Consultare il medico prima di intervenire con questo programma sugli ematomi. Durata totale del programma 20 minuti in una fase. Poche applicazioni intervenendo entro poche ore dalla contusione. Combinando diversi tipi di impulsi ad onda quadra si ottiene una azione drenante sulla zona da trattare di tipo scalare (impulsi a frequenze diverse drenano la zona a profondità diverse). **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W12 • Edema. (Programma medicale).

Consultare il medico prima di intervenire con questo programma sugli edemi. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. Combinando diversi tipi di impulsi ad onda quadra si ottiene una azione drenante sulla zona da trattare di tipo scalare (impulsi a larghezze diverse drenano la zona a profondità diverse). Intensità regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## CORRENTI DIADINAMICHE

Le **correnti diadinamiche** sono formate da onde con impulsi unidirezionali e sempre positivi, queste onde si ottengono modificando la corrente elettrica sinusoidale a bassa frequenza e combinandole e modulandole tra loro.
Le correnti diadinamiche sono indicate per i casi di tendinite (al gomito, polso, spalle, ginocchio e caviglia), per i postumi dolorosi e traumi articolari, per artropatie acute e croniche e per algie muscolari.

### W13 • Diadinamica MF. (Programma medicale).

È una corrente sinusoidale monofasica a 50 Hz con treni di impulsi della durata di 10ms e pausa di 10ms. L'effetto predominante di questa corrente è l'azione eccito-motoria sulla muscolatura striata e sui nervi motori, ma ha anche effetto analgesico, iperemico e tonico. L'effetto antalgico è tardivo e prolungato. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

### W14 • Diadinamica MFSR. (Programma medicale).

È una corrente sinusoidale monofasica a 50 Hz con treni di impulsi della durata di 10ms e pausa di 10ms, con 2 secondi di azione ed 1 secondo di pausa. L'effetto predominante di questa corrente è l'azione eccito-motoria sulla muscolatura striata e sui nervi motori, ma ha anche effetto analgesico, iperemico e tonico. L'effetto antalgico è tardivo e prolungato. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

### W15 • Diadinamica MFSL. (Programma medicale).

È una corrente sinusoidale monofasica a 50 Hz con treni di impulsi della durata di 10ms e pausa di 10ms, con 5 secondi di azione e 2 secondi di pausa. L'effetto predominante di questa corrente è l'azione eccito-motoria sulla muscolatura striata e sui nervi motori, ma ha anche effetto analgesico, iperemico e tonico. L'effetto antalgico è tardivo e prolungato. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

### W16 • Diadinamica DF. (Programma medicale).

È una corrente sinusoidale monofasica a 100 Hz con treni di impulsi della durata di 10ms e pausa di 0ms. La sensibilità alla corrente è sicuramente inferiore rispetto alla Diadinamica MF. Il suo passaggio, data la frequenza superiore, è meno avvertito e più piacevole. Effetti fisiologici: L'azione principale della corrente DF è l'inibizione della sensibilità, la quale è responsabile dell'effetto antalgico realizzato da questa corrente. L'azione inibitrice viene tuttavia ostacolata dalla rapida insorgenza dell'assuefazione. Provoca, inoltre, iperemia, ha un effetto sedativo nei confronti del sistema simpatico ed uno spiccato effetto di recupero funzionale e motorio della muscolatura. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W17 • Diadinamica DFSR. (Programma medicale).

Diadinamica difase a 100 Hz con 2 sec di azione ed 1 sec di OFF. L'effetto predominante di questa corrente è l'azione eccito-motoria sulla muscolatura striata e sui nervi motori, ma ha anche effetto analgesico, iperemico e tonico. L'effetto antalgico è tardivo e prolungato. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W18 • Diadinamica DFSL. (Programma medicale).

Diadinamica difase a 100 Hz con 5 sec di azione e 2 sec di OFF. L'effetto predominante di questa corrente è l'azione eccito-motoria sulla muscolatura striata e sui nervi motori, ma ha anche effetto analgesico, iperemico e tonico. L'effetto antalgico è tardivo e prolungato. Indicazioni: È indicata per la terapia di stati dolorosi di origine non spastica, per migliorare la tonicità del tessuto connettivo dei muscoli. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W19 • Corrente CP. (Programma medicale).

È costituita da forme di corrente monofase (3 secondi) e difase (3 secondi) alternate. La corrente corto periodo ha prevalentemente azione dinamogena. Grazie a questa azione, il corto periodo determina la contrazione dei muscoli striati, migliora lo stato di nutrizione dei tessuti e facilita il riassorbimento degli edemi postraumatici. L'alternanza delle frequenze è chiaramente distinguibile, infatti si ha una sensazione di lieve tremolio con la corrente DF ed una sensazione con intensa vibrazione con la MF.
**Effetti fisiologici**: Questa forma d'onda presenta un accentuato effetto dinamogeno (cioè trofico), ed un notevole effetto antalgico, specialmente in caso di stati cronici dolorosi; questo tipo di modulazione, fra tutte le altre forme di correnti diadinamiche, è la più efficace per quanto riguarda il riassorbimento di **ematomi** ed **edemi**. Indicazioni: Il periodo corto viene utilizzato nel trattamento del dolore conseguente a forme infiammatorie di tendini, capsula articolare e tessuti molli (tendinite, borsiti, periartriti e traumatismi in genere). Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W20 • Corrente LP. (Programma medicale).

È costituita da forme di corrente monofase (10 secondi) e difase (5 secondi) alternate. La corrente lungo periodo ha prevalentemente una **azione inibitrice sulla sensibilità e sulla muscolatura**: pertanto produce analgesia e rilassamento della muscolatura striata.
Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W21 • HVPC. (Programma medicale).

È una corrente che può essere usata per la riparazione dei tessuti, la riduzione dell'edema e la riduzione del dolore.
Per la riparazione dei tessuti posizionare una garza sterile bagnata con soluzione salina sopra la ferita: se l'anodo (elettrodo positivo) viene posto sopra la ferita, si ha la migrazione delle cellule vascolari e la sintesi di collagene con aumento della velocità di guarigione. Se viene posto il catodo (elettrodo negativo) sopra la ferita, si ha un effetto battericida e si ritarda la crescita di microrganismi patogeni.

Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
**Posizione elettrodi:** formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1 a pag. 12.

## W22 • Corrente Kotz.

E' stata proposta negli anni settanta da Y. M. Kotz, dal quale prende il nome. E' una corrente a media frequenza impiegata per il potenziamento del muscolo normalmente innervato. Si impiega una corrente portante a 2,5 kHz interrotta. Questa è costituita da pacchetti di 10ms di corrente seguiti da pause della stessa durata; pertanto vengono erogati 50 pacchetti di impulsi al secondo. Vengono eseguiti 10 secondi di stimolazione con i parametri sopra descritti e 20 secondi di riposo. Durata del programma 10 minuti.
L'effetto eccitomotorio della corrente di Kotz si realizza nei muscoli profondi, perché la cute oppone a queste correnti una minore resistenza. E' infatti dimostrato che l'impedenza elettrica della cute diminuisce con l'aumento della frequenza.
**Intensità**: regolata in modo da produrre buone contrazioni dei muscoli stimolati al limite della sopportazione. Intensità massima selezionabile: 50. L'intensità è selezionabile solo durante i 10 secondi di erogazione dell'impulso e non nella fase di OFF.
**Canali attivi:** Ch1 e Ch2.
**Posizione elettrodi:** fare riferimento alle posizioni da foto 01 a foto 22.

## CORRENTE NEOFARADICA

La **corrente neofaradica** viene impiegata per la stimolazione dei muscoli normoinnervati. È adatta al trattamento dell'ipotrofia muscolare da non uso, e in più la contrazione muscolare ha un effetto positivo sulle ossa e sulla circolazione articolare.
I programmi W23, W24, W25 sono composti da 2 fasi:

- La prima fase dura 33 secondi e serve per selezionare l'intensità della contrazione.

  Appena raggiunto il livello desiderato premere il tasto per confermare. Poi premere il tasto di incremento intensità di qualsiasi canale: partirà in automatico la fase 2 con l'intensità selezionata precedentemente (90% primo giro, 95% secondo giro, 100% terzo giro).
- La seconda fase dura 15 minuti ed alterna 10 sec di recupero con 5 sec di contrazione.

| **W23, W24, W25 Neofaradica 20, 50, 100 Hz** | Durata totale programma: 15 min 33 sec |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** foto da 01 a 22 | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Fase test durata 33'' | Lavoro durata 15 minuti |

## W23 • Neofaradica 20 Hz.

È utilizzata a frequenze basse (20Hz), per ottenere singole contrazioni muscolari, applicata con tempi di stimolazione di 5 secondi e pausa di 10 secondi.
**Intensità**: regolata in modo da produrre buone contrazioni dei muscoli stimolati.

## W24 • Neofaradica 50 Hz.

È utilizzata a frequenze medie (50Hz), per ottenere il tetano muscolare, applicata con tempi di stimolazione di 5 secondi e pausa di 10 secondi.
**Intensità**: regolata in modo da produrre buone contrazioni dei muscoli stimolati quasi al limite della sopportazione.

## W25 • Neofaradica 100 Hz.

È utilizzata a frequenze alte (100Hz), per ottenere il tetano muscolare, applicata con tempi di stimolazione di 5 secondi e pausa di 10 secondi.
**Intensità**: regolata in modo da produrre buone contrazioni dei muscoli stimolati al limite della sopportazione.

## W26 • Interferenziale. (Programma medicale)

La terapia interferenziale si basa sull'interferenza di due correnti sinusoidali a frequenze diverse applicate al paziente; la risultante, generata endogenamente, è una nuova corrente le cui frequenze sono rispettivamente la somma delle due frequenze iniziali, la differenza fra le due frequenze e loro multiple.
Tale corrente presenta vari pregi, quali: la capacità di passare facilmente attraverso la pelle, l'assenza di sensazioni di fastidio per il paziente, un eccellente effetto terapeutico in profondità, l'assenza di effetti elettrolitici.
Posizione elettrodi: come da schema seguente.
Intensità: tale da provocare un buon formicolio, non doloroso.



# 12. Programmi REHAB.

## R01 • Denervato. (Programma medicale)

Questo programma è specificatamente indicato in caso di muscoli denervati, quindi con una lesione completa del nervo periferico. In questo caso il muscolo non viene stimolato passando attraverso la fibra nervosa che lo attraversa: è necessario invece stimolare direttamente le fibre muscolari.
Gli impulsi utilizzati sono di durata molto maggiore (nell'ordine dei millisecondi e non microsecondi come nel muscolo normoinnervato) e di frequenza molto minore.
**L'intensità** di stimolazione suggerita deve essere tale da sollecitare il muscolo con una breve contrazione ogni 2 secondi. Durata programma: 20 minuti in una fase.
**Posizione elettrodi:** usare 2 elettrodi grandi, meglio se in spugna e bagnati, posti ai capi del muscolo da stimolare.

## R02 • Parzialmente denervato. (Programma medicale)

Questo programma è specificatamente indicato in caso di muscoli parzialmente denervati, quindi con una lesione parziale del nervo periferico. Il programma ha lo scopo di stimolare la parte di muscolo sana innervata. **Intensità** regolata in modo da produrre una buona contrazione del muscolo.
Durata programma: 20 minuti in una fase.
**Posizione elettrodi:** fare riferimento alle posizioni da foto 01 a foto 22.

## R03 • Incontinenza da sforzo. (Programma medicale).

Durata del programma 13 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione in modo da produrre delle leggere stimolazioni interne.
Questo programma, per il quale non sono previste foto posizione elettrodi, richiede l'uso di idonee sonde di stimolazione interna, disponibili unitamente alle istruzioni in confezione separata.
Prima di utilizzare questo programma e durante il periodo di trattamento, consultare il proprio medico.

## R04 • Incontinenza da urgenza. (Programma medicale).

Durata del programma 13 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione in modo da produrre delle leggere stimolazioni interne.
Questo programma, per il quale non sono previste foto posizione elettrodi, richiede l'uso di idonee sonde di stimolazione interna, disponibili unitamente alle istruzioni in confezione separata.
Prima di utilizzare questo programma e durante il periodo di trattamento, consultare il proprio medico.

## R05 • Incontinenza mista. (Programma medicale).

Durata del programma 13 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione in modo da produrre delle leggere stimolazioni interne.
Questo programma, per il quale non sono previste foto posizione elettrodi, richiede l'uso di idonee sonde di stimolazione interna, disponibili unitamente alle istruzioni in confezione separata.
Prima di utilizzare questo programma e durante il periodo di trattamento, consultare il proprio medico.

AVVERTENZA: per l'utilizzo dei programmi R03, R04 e R05, si consigliano sonde certificate da organismo notificato come "dispositivo medico di classe IIa". Le sonde devono riportare il modo di impiego, di lavaggio e conservazione e tutte le informazioni utili all'utente.

## R06 • Antinfiammatorio. (Programma medicale).

Programma consigliato negli stati infiammatori. Applicazione fino alla riduzione dello stato infiammatorio. Anche due applicazioni consecutive giornaliere. **Intensità** regolata appena sopra la soglia di percezione. Individuata la parte da trattare posizionare gli elettrodi a quadrato come fig. 1 pagina 12.
Durata programma: 30 minuti in una fase.

## R07 • Cervicalgia / Cefalea. (Programma medicale).

Programma specifico per il trattamento del dolore in zona cervicale.
**Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore: il limite massimo di intensità è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi. Il numero di trattamenti per ottenere i primi benefici è tra i 10 e i 12 con frequenza giornaliera, proseguire nei trattamenti fino alla scomparsa dei sintomi.

| **R07 Cervicalgia/Cefalea** | Durata totale programma: 33 minuti |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** cervicale (foto 25). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Tens ad impulso stretto 30 min. | Decontratturante 3 min. |

## R08 • Lombalgia/sciatalgia. (Programma medicale).

Programma specifico per il trattamento del dolore in zona dorsale o lombare o entrambe. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore: il limite massimo di intensità è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi; oltre questo limite la stimolazione non aumenta la sua efficacia ma solo il senso di fastidio, quindi è bene fermarsi prima di tale soglia. Il numero di trattamenti per ottenere i primi benefici è tra i 12 e i 15 con frequenza giornaliera, proseguire nei trattamenti fino alla scomparsa dei sintomi.

| **R08 Lombalgia/sciatalgia** | Durata totale programma: 35 minuti |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** dorsale/paravertebrali (foto 10), lombare (foto 27), nervo sciatico (foto 28). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Tens ad impulso stretto 30 min. | Tens impulsi Burst 5 min. |

## R09 • Distorsioni / Contusioni. (Programma medicale).

Dopo questo tipo di infortuni sviluppa la sua efficacia con una azione inibitoria del dolore a livello locale. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.
Numero di trattamenti: fino a riduzione del dolore, con frequenza quotidiana (anche 2/3 volte al giorno).

| **R09 Distorsioni / Contusioni** | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** caviglia (foto 32). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Tens convenzionale 15 min. | Impulsi per ematomi 15 min. |

## R10 • Dolori mano e polso. (Programma medicale).

Programma indicato per dolori generici alla mano ed al polso (es. Tunnel carpale). Intensità regolata tra la soglia di percezione e la soglia di fastidio: il limite massimo di intensità è rappresentato dal momento in cui la muscolatura circostante l'area trattata inizia a contrarsi. **L'intensità** deve essere regolata 3 volte, una per ogni volta che inizia una delle fasi. Le frequenze diverse che sono utilizzate mirano ad attivare fibre nervose di diverso diametro, in modo da inibire a livello spinale il passaggio dell'impulso doloroso.

| **R10 Dolori mano e polso** | | Durata totale programma: 40 minuti |
|---|---|---|
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| Tens 70Hz, 15 min | Tens 90Hz, 15 min | Tens 110Hz, 10 min |

## R11 • Stimolazione plantare. (Programma non medicale)

Questo programma è in grado di produrre un effetto di rilassamento e drenante lungo l'arto stimolato. Ideale per le persone che soffrono di "pesantezza alle gambe".
La durata è di 40 minuti. **Intensità**: appena sopra la soglia di percezione.
**Posizione elettrodi**: 2 elettrodi (uno positivo l'altro negativo dello stesso canale) sulla pianta del piede, uno vicino alle dita del piede, l'altro sotto il tallone.

| **R11 Stimolazione plantare** | | Durata totale programma: 40 minuti |
|---|---|---|
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| Tens 70Hz, 15 min | Tens 2Hz, 15 min | Tens 90Hz, 10 min |

## R12 • Epicondilite. (Programma medicale).

Detta anche "gomito del tennista", è una tendinopatia inserzionale che interessa l'inserzione sull'osso del gomito dei muscoli epicondilei che sono quelli che permettono l'estensione (cioè il piegamento all'indietro) delle dita e del polso. 15 applicazioni una volta al giorno (anche 2 volte), fino a scomparsa dei sintomi. In generale si consiglia di consultare il proprio medico per verificare l'origine precisa del dolore, in modo da evitare il ripetersi della patologia.
Durata del programma 40 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione.

| **R12 Epicondilite** | | Durata totale programma: 40 minuti |
|---|---|---|
| **Posizione elettrodi:** foto 29. | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| Tens 90Hz, 20 min | Tens 70Hz, 10 min | Tens 50Hz, 10 min |

## R13 • Epitrocleite. (Programma medicale).

Detta anche "gomito del golfista", colpisce non solo i golfisti ma anche chi svolge attività ripetitive o che prevedono frequenti sforzi intensi (per esempio trasportare una valigia particolarmente pesante). Si avverte dolore ai tendini flessori e pronatori inseriti sull'epitroclea. È un dolore che si avverte quando si flette o si prona il polso contro resistenza, oppure quando si stringe in mano una palla di gomma dura. 15 applicazioni una volta al giorno (anche 2 volte), fino a scomparsa dei sintomi. In generale si consiglia di consultare il proprio medico per verificare l'origine precisa del dolore, in modo da evitare il ripetersi della patologia.
Durata del programma 40 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione.

| **R13 Epitrocleite** | Durata totale programma: 40 minuti |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** foto 29 ma con gli elettrodi tutti spostati verso l'interno del braccio (con una rotazione di circa 90°). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Tens 90Hz, 20 min | Tens 70Hz, 20 min |

## R14 • Periartrite. (Programma medicale).

La periartrite scapolo omerale è una malattia infiammatoria che colpisce i tessuti di tipo fibroso che circondano l'articolazione: tendini, borse sierose e tessuto connettivo. Questi appaiono alterati e possono frammentarsi e calcificare. È una patologia che, se trascurata, può diventare fortemente invalidante. Per questo dopo aver eseguito un ciclo di 15/20 applicazioni una volta al giorno, per ridurre il dolore, si consiglia di iniziare un ciclo di riabilitazione composto da esercizi specifici consultando il proprio medico.
Il programma R14 è composto di varie fasi tra cui la Tens e fasi di stimolazione muscolare al fine di migliorare il tono dei muscoli che circondano l'articolazione.
Durata del programma 41 minuti, **intensità** regolata sopra la soglia di percezione con piccole contrazioni muscolari alla fine del programma (quando mancano 10 minuti).

| **R14 Periartrite** | | Durata totale programma: 41 minuti |
|---|---|---|
| **Posizione elettrodi:** periartrite (foto 26). | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| Tens 150Hz, 1 min | Tens 90Hz, 30 min | Stimolazione muscolare x 10 min |

## R15 • Nevralgie. (Programma medicale)

Programma Nevralgie, monofase, durata 30 minuti. **Intensità** regolata appena sopra la soglia di percezione. Due trattamenti quotidiani per 10/12 giorni.

## R16 • Dolori mestruali. (Programma medicale).

| **R16 Dolori mestruali** | Durata totale programma: 35 minuti |
|---|---|
| **Posizione elettrodi:** 2 elettrodi del canale 1 sul basso ventre | |
| **Fase 1** | **Fase 2** |
| Tens 90Hz, 30 min | Tens Burst, 5 min |

**Intensità** regolata in modo da percepire un leggero formicolio, non fastidioso.

## R17 • Tunnel carpale. (Programma medicale).

Durata del programma 30 minuti, in unica fase. **Posizione elettrodi** foto 33.
**Intensità** regolata in modo da percepire un leggero formicolio, non fastidioso.

## R18 • Tendinite. (Programma medicale).

Durata del programma 20 minuti, in unica fase. **Posizione elettrodi**: 2 elettrodi del canale 1 sopra la zona dolente.
**Intensità** regolata in modo da percepire un leggero formicolio, non fastidioso.

## R19 • Stiramento. (Programma medicale).

Durata del programma 20 minuti, in unica fase. **Posizione elettrodi**: 2 elettrodi del canale 1 sopra la zona interessata.
**Intensità** regolata fra 6 e 12. L'intensità massima selezionabile è 12.

## R20 • Strappo muscolare. (Programma medicale).

Durata del programma 20 minuti, in unica fase. **Posizione elettrodi**: 2 elettrodi del canale 1 sopra la zona interessata.
**Intensità** regolata fra 6 e 12. L'intensità massima selezionabile è 12.

## R21 • Herpes Zoster. (Programma medicale).

Durata del programma 30 minuti, in unica fase. **Posizione elettrodi**: utilizzare canale 1 e canale 2 e formare un quadrato come in figura 1 pag 12
**Intensità** regolata in modo da percepire un leggero formicolio, non fastidioso.

## R22 • Ferite/rimarginazione. (Programma medicale).

**Posizione elettrodi:** si utilizzano i 2 elettrodi del canale 1. Utilizzare elettrodi in gomma e pelle di daino oppure elettrodi in gomma conduttiva ricoperti di spugna.
Per la riparazione dei tessuti **posizionare** una garza sterile bagnata con soluzione salina sopra la ferita: l'elettrodo positivo viene posto sopra la ferita, l'elettrodo negativo distalmente oppure (se la zona è particolarmente spessa) accanto a circa 10 cm di distanza. Si ha in tal modo la migrazione delle cellule vascolari e la sintesi di collagene con aumento della velocità di guarigione. Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.

## R23 • Ferite/battericida. (Programma medicale).

**Posizione elettrodi:** si utilizzano i 2 elettrodi del canale 1. Utilizzare elettrodi in gomma e pelle di daino oppure elettrodi in gomma conduttiva ricoperti di spugna.
Per la funzione battericida **posizionare** una garza sterile bagnata con soluzione salina sopra la ferita. Si pone il catodo (elettrodo negativo) sopra la ferita e l'elettrodo positivo distalmente oppure (se la zona è particolarmente spessa) accanto a circa 10 cm di distanza. Si ha in tal modo un effetto battericida e si ritarda la crescita di microrganismi patogeni.
Durata totale del programma 15 minuti in una fase. **Intensità** regolata fra la soglia di percezione e la soglia del dolore.

## R24 • Insufficienza venosa. (Programma medicale).

Programma indicato per le persone che soffrono di insufficienza venosa. **Posizionare** i 2 elettrodi del canale 1 sul polpaccio sinistro ed i 2 elettrodi del canale 2 sul polpaccio destro. Si possono usare gli elettrodi quadrati o rettangolari in funzione della dimensione del polpaccio e del comfort di stimolazione. Avviare il programma scegliendo una **intensità** tale da produrre una buona fascicolazione muscolare non dolorosa.
Durata del programma 60 minuti in unica fase.

## R25 • Osteogenesi superficiale. (Programma medicale).

Lo studio sulla guarigione delle fratture iniziò nel 1968 in Giappone e Stati Uniti. Questa pratica prevede due tecniche principali:

1. l'impianto di elettrodi ad ago in prossimità dell'osso da calcificare (tecnica invasiva);
2. il posizionamento di elettrodi autoadesivi di superficie in prossimità dell'osso.

La seconda tecnica è quella che prendiamo in considerazione per il trattamento delle fratture, in particolare quando l'osso da stimolare si trova in posizione superficiale (colonna vertebrale, polso, rotula, caviglia, etc). Questa tecnica non risulta adatta nel caso in cui l'osso si trovi in profondità (femore, omero, radio, etc).
**2 elettrodi** del canale 1 vanno posti a 10 cm uno dall'altro in prossimità dell'osso da trattare.
Il programma dura 60 minuti e può essere ripetuto anche più volte al giorno (fino a 4/5 volte).
**L'intensità** massima selezionabile è 30.
Nel caso di trattamento della colonna vertebrale utilizzare 2 elettrodi rettangolari 50x90mm. Per trattare zone più piccole (esempio il polso) utilizzare elettrodi 48x48mm.

Tabella densità di corrente con elettrodi 48x48mm:

| Valore a display | Densità corrente mA/cm² | Densità corrente µA/cm² |
|---|---|---|
| 5 | 0,034 | 34 |
| **10*** | **0,068** | **68** |
| 20 | 0,137 | 137 |
| 30 | 0,205 | 205 |

Tabella densità di corrente con elettrodi 50x90mm:

| Valore a display | Densità corrente mA/cm² | Densità corrente µA/cm² |
|---|---|---|
| 5 | 0,0175 | 17,5 |
| **10*** | **0,035** | **35** |
| **20*** | **0,07** | **70** |
| 30 | 0,105 | 105 |

***** In grassetto gli intervalli di intensità consigliati.

# 13. Programmi EMS.

⚠ **IMPORTANTE. Intensità di stimolazione:** i programmi EMS (Recupero tono e forza, Forza, Resistenza, Agonista/Antagonista) sono suddivisi in fase di riscaldamento, fasi di lavoro, fase defaticante. Durante la fase di riscaldamento (fase 1) l'intensità di stimolazione va regolata in modo da produrre una discreta sollecitazione del muscolo trattato, tale da poter riscaldare senza affaticare (18÷30). Durante le fasi di lavoro (le fasi centrali dei programmi), vengono alternati impulsi di contrazione e di recupero attivo. È necessario selezionare separatamente le due intensità: per la contrazione, visualizzata sul display dalla barra piena, 20÷30 per persone poco allenate, 30÷50 per persone allenate, oltre 50 per persone molto allenate.
*Si consiglia di regolare l'intensità di recupero, tra una contrazione e l'altra, circa il 10÷15% in meno dell'intensità di contrazione.* Durante la fase defaticante (l'ultima fase), l'intensità deve essere regolata in modo da produrre un buon massaggio della parte stimolata, senza produrre dolore (18÷30).

## E01 • Recupero tono.

Indicato per rassodare la muscolatura dopo lunga inattività, lavora prevalentemente sulle fibre lente. Frequenza di trattamento: 3/4 volte a settimana.
**Intensità** tale da produrre buone contrazioni ma non dolorose, iniziando con 15, aumentando gradualmente l'intensità con l'avanzare delle settimane.

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E01 Recupero tono** | | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). | |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) | |
|  | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 5 min. Riscaldamento | 20 min. Allenamento<br>13 sec. recupero<br>7 sec. Contrazione 30Hz | 5 min. Defaticante |

## E02 • Recupero forza.

Il programma Recupero forza consente alla muscolatura trattata di migliorare il proprio trofismo e recuperare i livelli di forza normali. L'uso di questo programma è indicato dopo aver terminato almeno un ciclo di 10 sedute del programma "E01 Recupero tono".
Frequenza di trattamento: 2/3 sedute settimanali.
**L'intensità** di stimolazione deve essere medio/alta, la contrazione deve essere sensibile ma tale da non provocare dolore (20÷30). I primi risultati saranno percepibili già dopo le prime 10/15 applicazioni e tenderanno a consolidarsi dopo due mesi di trattamenti regolari.

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E02 Recupero forza** | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) |
| | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). |

| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|---|---|---|
| 5 min. Riscaldamento | 20 min. Allenamento<br>13 sec. recupero<br>7 sec. Contrazione 45Hz | 5 min. Defaticante |

## E03 • Forza base.

Il programma di Forza viene utilizzato in ambito sportivo per sviluppare la forza di base che è, per definizione, la tensione massima che un muscolo può esercitare contro una resistenza costante. Nella fase di lavoro le contrazioni si alternano a periodi di recupero attivo, permettendo di allenare il muscolo senza sottoporlo a stress migliorando l'ossigenazione del muscolo stesso.
L'indicazione base per ottenere i primi risultati è la seguente: due sedute a settimana (per distretto muscolare) per le prime tre settimane ad **intensità** crescente (20÷30), tre sedute a settimana per le successive tre settimane ad intensità elevata (30÷50).
L'aumento della **intensità** deve essere graduale ed eseguito trattamento dopo trattamento senza sovraffaticare i muscoli. Se interviene stanchezza, sospendere gli allenamenti per qualche giorno ed eseguire il programma " E09 recupero muscolare".
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E03 Forza base** | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) |
| | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). |

| Fase 1 | Fase 2 | Aumento Automatico intensità | Fase 3 | Fase 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 min. Riscaldamento | 10 min. Allenamento<br>13 sec. recupero<br>7 sec. Contraz. 50Hz | | 10 min. Allenamento<br>14 sec. recupero<br>6 sec. Contraz. 70Hz | 5 min. Defaticante |

## E04 • Forza veloce.

Questo programma è stato studiato per favorire l'incremento della velocità in atleti che già dispongono di questa qualità e per svilupparla in quegli atleti che ne sono carenti.
L'esercizio assume un ritmo incalzante, la contrazione è breve ed è breve anche il recupero. Normalmente è bene aver concluso un ciclo di tre settimane di forza base ad **intensità** crescente. Continuare poi con tre settimane di forza veloce tre volte a settimana con intensità di stimolazione alta, durante la contrazione (30÷50).
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E04 Forza veloce** | Durata totale programma: 26 minuti |
|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) |
| | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). |

| Fase 1 | Fase 2 | Aumento Automatico intensità | Fase 3 | Fase 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 min. Riscaldamento | 10 min. Allenamento<br>14 sec. recupero<br>6 sec. contrazione | | 8 min. Allenamento<br>10 sec. recupero<br>5 sec. contrazione | 5 min. Defaticante |

## E05 • Forza esplosiva.

I programmi di forza esplosiva favoriscono l'aumento della capacità esplosiva e di velocità della massa muscolare, con contrazioni di rafforzamento estremamente brevi e recupero attivo molto lungo, per permettere al muscolo un recupero dello sforzo. Normalmente è bene aver concluso un ciclo di tre settimane di forza base ad intensità crescente. Continuare poi con tre settimane di forza esplosiva due volte a settimana. **L'intensità**, durante la contrazione, deve essere la massima sopportabile al fine di far eseguire alla muscolatura il massimo sforzo reclutando al contempo il maggior numero di fibre (superiore ai 35).
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E05 Forza esplosiva** | Durata totale programma: 28 minuti |
|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) |
| | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). |

| Fase 1 | Fase 2 | Aumento Automatico intensità | Fase 3 | Fase 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 min. Riscaldamento | 10 min. Allenamento<br>24 sec. recupero<br>6 sec. contrazione | | 10 min. Allenamento<br>24 sec. recupero<br>6 sec. contrazione | 5 min. Defaticante |

## E06 • Forza resistente.

Il programma è stato studiato per favorire un incremento della resistenza allo sforzo, cioè sostenere più a lungo uno sforzo intenso nei distretti muscolari sottoposti a stimolazione. Indicato per le discipline sportive che richiedono sforzi intensi e prolungati.
**Intensità** di stimolazione durante la contrazione: seguire le indicazioni riportate all'inizio del capitolo per i programmi EMS.
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E06 Forza resistente** | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) |
| | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). |

| Fase 1 | Fase 2 | Aumento Automatico intensità | Fase 3 | Fase 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 min. Riscaldamento | 10 min. Allenamento<br>20 sec. recupero<br>10 sec. contrazione | | 10 min. Allenamento<br>20 sec. recupero<br>10 sec. contrazione | 5 min. Defaticante |

## E07 • Resistenza.

Il programma Resistenza viene utilizzato in ambito sportivo per incrementare la capacità di resistenza muscolare, con un lavoro prevalente sulle fibre lente.
Programma indicato per gli sport di resistenza: maratoneti, fondisti, ironman, etc.
**Intensità** di stimolazione durante la contrazione: seguire le indicazioni riportate all'inizio del presente capitolo per i programmi EMS
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**

| **E07 Resistenza** | | | | Durata totale programma: 50 minuti |
|---|---|---|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15), Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04), Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). | | | |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19) | | | |
|  | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). | | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Aumento Automatico intensità** | **Fase 3** | **Fase 4** |
| 5 min. Riscaldamento | 20 min. Allenamento<br>20 sec. recupero<br>10 sec. contrazione | | 10 min. Allenamento<br>22 sec. recupero<br>8 sec. contrazione | 5 min. Defaticante |

## E08 • Capillarizzazione.

Il programma di capillarizzazione produce un forte aumento della portata arteriosa nell'area trattata. L'utilizzo prolungato di questo programma determina uno sviluppo della rete di capillari intramuscolari delle fibre rapide. L'effetto è l'aumento della capacità delle fibre rapide di sopportare sforzi prolungati nel tempo.
In un atleta con caratteristiche di resistenza, il programma di capillarizzazione risulta utilissimo sia per il recupero dopo sedute intense di lavoro aerobico, sia prima di sedute di lavoro anaerobico, sia nei periodi di impossibilità di allenamento (maltempo, infortuni). Durata programma 30 min./una fase. **Intensità** di stimolazione suggerita: media (20÷30).
**Posizione elettrodi:** fare riferimento alle posizioni da foto 01 a foto 20.

## E09 • Recupero muscolare.

Da utilizzare in tutti gli sport, dopo le gare o gli allenamenti più duri, in particolare dopo sforzi prolungati ed intensi. Da utilizzare immediatamente dopo lo sforzo. Favorisce l'azione di drenaggio e capillarizzazione, migliorando l'ossigenazione del muscolo e favorendo lo smaltimento delle sostanze di sintesi prodotte durante lo sforzo. Durata programma 15 min. / una fase. **Intensità** di stimolazione: medio-bassa(15÷25), con incremento negli ultimi 5 min.
**Posizione elettrodi:** fare riferimento alle posizioni da foto 01 a foto 20.

## E10 • Agonista / Antagonista.

L'elettrostimolatore produce contrazioni alternate sui 4 canali: durante la fase 1 di riscaldamento, i 4 canali lavorano contemporaneamente, durante la fase 2 di lavoro, vengono alternate le contrazioni muscolari prima sui canali 1 e 2 (muscoli agonisti) poi sui canali 3 e 4 (muscoli antagonisti). E' un programma studiato per riportare a tono i muscoli del quadricipite e del suo antagonista bicipite femorale, oppure bicipite brachiale e tricipite. Il tipo di lavoro è sullo sviluppo della forza.
Nella fase 2 di lavoro, è necessario selezionare tre volte l'intensità: quella per i quattro canali di recupero attivo, quella per la contrazione dei canali 1 e 2 (muscoli agonisti) e quella per la contrazione dei canali 3 e 4 (muscoli antagonisti).
**Intensità** di stimolazione durante la contrazione: seguire le indicazioni riportate all'inizio del capitolo per i programmi EMS. L'aumento della intensità deve essere graduale ed eseguito trattamento dopo trattamento senza sovraffaticare i muscoli. Se interviene la stanchezza, sospendere gli allenamenti per qualche giorno ed eseguire il programma "E09 recupero muscolare".

| **E10 Agonista / Antagonista** | | Durata totale programma: 33 minuti |
|---|---|---|
| | Bicipite (CH1+CH2 - foto 02) / Tricipite (CH3+CH4 – foto 03),<br>Estensori della mano (CH1+CH2 – foto 04) / Flessori della mano (CH3+CH4 - foto 05). | |
| | Quadricipiti (CH1+CH2 – foto 11) / Bicipiti femorali (CH3+CH4 - foto 12). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 3 min. Riscaldamento | 20 min. di contrazioni alternate su coppia canali<br>6 sec. recupero<br>7sec. contrazione CH1/CH2 + 7sec. contrazione CH3/CH4 | 10 min. Defaticante |

## E11 • Lipolisi.

Programma ampiamente utilizzato in ambito estetico, indicato per le zone che presentano accumuli di grasso, agisce aumentando la microcircolazione sanguigna e favorendo l'attività linfatica. Questo programma produce un apprezzabile aumento del metabolismo locale, con azione trofica; favorisce la riduzione del fastidioso effetto "buccia d'arancia", il tutto coadiuvato con un regime alimentare ipocalorico. Il numero di applicazioni può raggiungere la frequenza giornaliera.
Il programma produce, nella fase centrale di lavoro, contrazioni toniche in sequenza (prima CH1/CH2 poi CH3/CH4): il prezioso drenaggio linfatico elettronico. La logica dunque di applicazione degli elettrodi è la seguente: CH1/CH2 alle estremità degli arti (es. polpaccio o avambraccio) e CH3/CH4 nella parte superiore (es. coscia o bicipite brachiale).
**Intensità** di stimolazione: tale da produrre delle buone sollecitazioni (non dolorose) delle aree stimolate (20÷30).

| **E11 Lipolisi** | | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|---|
| **Gruppi muscolari:** | Estensori d. mano CH1 (foto 04 con 2 elettrodi) / Flessori d. mano CH2 (foto 05 con 2 elettrodi);<br>Bicipite brachiale CH3 (foto 02 con 2 elettrodi) / Tricipite CH4 (foto 03 con 2 elettrodi) | |
| **Gruppi muscolari:** | Polpacci CH1 (foto 13 con 2 elettrodi) / Tibiale anteriore CH2 (foto 14 con due elettrodi);<br>Quadricipite CH3 (foto 11 con 2 elettrodi) / Bicipite femorale CH4 (foto 12 con 2 elettrodi) | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 5 min. Riscaldamento | 20 min. di contrazioni alternate su coppia canali:<br>6 sec. recupero<br>7sec. contrazione CH1/CH2<br>7sec. contrazione CH3/CH4 | 5 min. Defaticante |

## E12 • Drenaggio.

Questi programmi con specifiche finalità drenanti, aumentano la microcircolazione all'interno e intorno alle fibre muscolari trattate creando inoltre delle contrazioni ritmiche, facilitando così il deflusso delle sostanze algogene e favorendo l'attività linfatica. Può essere applicato anche su persone non più giovani per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica.
I programmi eseguono nelle fasi 2 e 3 delle contrazioni toniche sequenziali in grado di riprodurre l'effetto tipico del drenaggio elettronico linfatico. In questo caso però, a differenza del programma lipolisi, le contrazioni sono sequenziali: prima CH1 poi CH2, CH3, CH4.
Non esistono veri e propri limiti applicativi per questi programmi che possono essere eseguiti fino a raggiungimento del risultato desiderato.
**L'intensità** di stimolazione deve essere sufficiente a garantire delle buone contrazioni muscolari durante il trattamento ma tali da non produrre indolenzimento (20÷30).
Normalmente dopo 3/4 settimane con 4/5 sedute settimanali appaiono i primi risultati.

Descrizione programma, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E12 Drenaggio** | | Durata totale programma: 25 minuti |
|---|---|---|
| **Gruppi muscolari:** | tutti i muscoli che si desidera stimolare in sequenza. Collegare un canale per ogni muscolo, considerando che le contrazioni sono in sequenza sui 4 canali. | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 3 min. Riscaldamento | 20 min. di contrazioni in sequenza sui 4 canali | 2 min. Defaticante |

## E13 • Microlifting.

Il seguente programma con una durata di 15 minuti in una sola fase, viene utilizzato per tonificare i muscoli facciali, attraverso un particolare impulso che migliora sia l'aspetto estetico che dinamico dei muscoli facciali.
La posizione degli elettrodi è indicata nelle foto delle posizioni elettrodi **(foto 24).**

N.B. mantenere una distanza minima di 3 cm. tra elettrodo e bulbo oculare.

⚠ **IMPORTANTE:** attenzione alla regolazione dell'intensità, in quanto i muscoli facciali sono particolarmente sensibili; si consiglia pertanto di regolare l'intensità gradualmente, partendo con un livello di stimolazione molto basso (per esempio 3÷10) per poi crescere con cautela fino a raggiungere una buona attivazione dei muscoli.
⚠ **IMPORTANTE:** non è necessario arrivare a livelli di intensità tali da procurare fastidio! L'equazione più dolore = più beneficio è del tutto fuorviante e controproducente.
Grandi ed importanti obiettivi si ottengono con costanza e pazienza.

## E14 • Prevenzione atrofia. (Programma medicale).

Programma ideato per il mantenimento del trofismo muscolare.
Durante tutto il trattamento viene privilegiato il lavoro di tonicità muscolare con particolare attenzione alle fibre lente. Particolarmente indicato in persone reduci da un infortunio o post operati. Contrasta la riduzione del trofismo muscolare per inattività fisica. Si può stimolare la zona muscolare interessata con applicazioni quotidiane a **bassa intensità**; se si aumenta l'intensità bisogna consentire alla muscolatura di recuperare lasciando un giorno di riposo tra le applicazioni.
**ATTENZIONE: il programma prevede l'aumento automatico dell'intensità tra la fase 2 e la fase 3, ciò significa che non sarà necessario reimpostare l'intensità di stimolazione al passaggio tra una fase e l'altra ma semplicemente premere il tasto (freccia in alto per uno qualsiasi dei 4 canali). Il primo ciclo contrazione/recupero della fase 3 si avvierà con un'intensità settata al 90% dell'intensità impostata in fase 2, il secondo ciclo contrazione/recupero salirà al 95% dell'intensità, mentre dal terzo ciclo di contrazione/recupero si avrà il 100% della stimolazione già settata in fase 2.**
Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E14 Prevenzione atrofia** | | | | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|---|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15),Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04),Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). | | | |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19), obliquo dell'addome (foto 22), anca (foto 23) | | | |
|  | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). | | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Aumento Automatico intensità** | **Fase 3** | **Fase 4** |
| 5 min. Riscaldamento | Durata 10 min.<br>9 sec. recupero<br>6 sec. contrazione | | Durata 10 min.<br>9 sec. recupero<br>6 sec. contrazione | 5 min. Defaticante |

## E15 • Atrofia. (Programma medicale).

Questo programma lavora in maniera selettiva sulle fibre lente. Ideale per il recupero del trofismo muscolare dopo un lungo periodo di inattività o infortunio.
Programma da eseguire nel caso in cui la perdita del tono muscolare sia già avvenuta. Applicare con cautela (**intensità** bassa, sufficiente a produrre delle leggere contrazioni muscolari) nelle prime 2/3 settimane. Aumentare progressivamente l'intensità nelle successive 3/4 settimane. Applicazione a giorni alterni.

Descrizione programmi, gruppi muscolari interessati con riferimento foto posizionamento elettrodi:

| **E15 Atrofia** | | Durata totale programma: 30 minuti |
|---|---|---|
| | Bicipite (foto 02/15),Tricipite (foto 03/16), Estensori della mano (foto 04),Flessori della mano (foto 05), Deltoide (foto 06). | |
| | Addominali (foto 01/20), Gran pettorale/seno (foto 07/17), Trapezio (foto 08), Gran dorsale (foto 09), Glutei (foto 19), obliquo dell'addome (foto 22), anca (foto 23) | |
|  | Quadricipiti/cosce (foto 11/18), Bicipiti femorali (foto12), Polpacci (foto13), Tibiale anteriore (foto14). | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 3 min. Riscaldamento | Durata 25 min: 6 sec. recupero + 6 sec. contrazione | 2 min. Defaticante |

## E16 • Tono sequenziale 1.

Questo programma aumenta la microcircolazione all'interno e intorno alle fibre muscolari trattate creando delle contrazioni ritmiche, favorendo così una azione drenante. Può essere applicato anche su persone non più giovani per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica negli arti inferiori (es. applicando CH1 su polpaccio destro, CH2 su coscia destra, CH3 su polpaccio sinistro, CH4 su coscia sinistra).
I programmi eseguono nella fase due e tre delle contrazioni toniche sequenziali sui 4 canali in grado di riprodurre l'effetto tipico del drenaggio linfatico elettronico. Questi programmi possono essere eseguiti con l'utilizzo degli elettrodi adesivi. **L'intensità** di stimolazione deve essere sufficiente a garantire delle buone contrazioni muscolari durante il trattamento ma tali da non produrre indolenzimento (20÷25). Il lavoro prevalente è sulle fibre lente.

| **E16 Tono sequenziale 1** | | Durata totale programma: 25 minuti |
|---|---|---|
| **Gruppi muscolari:** tutti quelli che si desidera stimolare in sequenza | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 4** |
| 3 min. Riscaldamento | 20 min. di contrazioni in sequenza sui 4 canali della durata di 6 sec cad. | 2 min. Defaticante |

## E17 • Tono sequenziale 2.

Questo programma crea delle contrazioni ritmiche con una frequenza di stimolazione tipica delle fibre rapide. Proprio per questa maggiore frequenza di stimolazione, è adatto per l'aumento della forza in sequenza su più muscoli.
I programmi eseguono nella fase due e tre delle contrazioni fasiche sequenziali sui 4 canali. Questi programmi possono essere eseguiti con l'utilizzo degli elettrodi adesivi. **L'intensità** di stimolazione deve essere sufficiente a garantire delle buone contrazioni muscolari durante il trattamento ma tali da non produrre indolenzimento (20÷40).
A differenza del precedente, la frequenza di stimolazione usata nella fase di contrazione è più alta, quindi privilegia un lavoro sulle fibre rapide.

| **E17 Tono sequenziale 2** | | Durata totale programma: 25 minuti |
|---|---|---|
| **Gruppi muscolari:** tutti quelli che si desidera stimolare in sequenza | | |
| **Fase 1** | **Fase 2** | **Fase 3** |
| 3 min. Riscaldamento | 20 min. di contrazioni in sequenza sui 4 canali della durata di 6 sec cad. | .<br>2 min. Defaticante |

# 14. Gestione memorie programmabili.

## Istruzioni operative riservate a personale medico o terapisti.

1. Accendere T-ONE con il pulsante tenendolo premuto per almeno 1 secondo.
2. Selezionare il campo di applicazione MEM con il tasto , premendolo 3 volte.
3. Procedere alla scelta della memoria desiderata con il tasti .
4. Per accedere alla memoria e variare i parametri di stimolazione premere il tasto .




### M01/M02 • Denervato 1/2. (Programma medicale).

Programmi di stimolazione del muscolo denervato. Canali attivi: CH1.
**Posizione elettrodi**: usare 2 elettrodi grandi, meglio se in spugna e bagnati, posti ai capi del muscolo da stimolare.

- Per muovere il cursore e selezionare il parametro di stimolazione utilizzare i tasti , modificare i valori con i tasti .
- Impostati tutti i parametri di stimolazione, posizionarsi con il cursore sopra "OK" per memorizzare il programma.
- Per avviare il programma memorizzato, premere il tasto .
- La fine del programma viene segnalata con un triplo segnale acustico.
- Con impulsi superiori a 100ms, impostare frequenza massima ad 1 Hz.




### Tabella valori impostabili:

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza | 0,25 Hertz | 2 Hertz |
| Larghezza impulso | 40 millisecondi | 400 millisecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M03/M04/M05/M06 • TENS memoria 3/4/5/6. (Programma medicale).

Programmi disponibili per impostare tens rapido, endorfinico, valori massimi.
Posizione elettrodi: formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1.

- Per muovere il cursore e selezionare il parametro di stimolazione utilizzare i tasti , modificare i valori con i tasti .
- Impostati tutti i parametri di stimolazione, posizionarsi con il cursore sopra a OK per memorizzare il programma.
- Per avviare il programma memorizzato, premere il tasto .




**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza | 0,25 Hertz | 120 Hertz |
| Larghezza impulso | 20 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M07 • TENS Spyke. (Programma medicale).

Programmi disponibili per impostare Tens Spyke.
Posizione elettrodi: formando un quadrato sopra la zona da trattare come figura 1.

- Per muovere il cursore e selezionare il parametro di stimolazione utilizzare i tasti , modificare i valori con i tasti .
- Impostati tutti i parametri di stimolazione, posizionarsi con il cursore sopra a OK per memorizzare il programma.
- Per avviare il programma memorizzato, premere il tasto .




**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza | 0,25 Hertz | 120 Hertz |
| Larghezza impulso | 20 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M08/M09 • EMS rampa 1 secondo.

**EMS rampa 1 sec**.: per impostare programma di EMS con rampa di salita impulso di 1 sec.

⚠ **IMPORTANTE:** utilizzando rampe da 1 secondo la contrazione è più rapida, mentre con rampe da 2/3 secondi si ottiene una contrazione più progressiva. In particolare per le memorie 12 e 13, con rampa da 3 secondi, si ottiene un impulso di tipo "triangolare" in cui i parametri dell'impulso vengono variati continuamente. Questo programma è particolarmente indicato per muscoli parzialmente denervati.

- Per muovere il cursore e selezionare il parametro di stimolazione utilizzare i tasti , modificare i valori con i tasti .
- Impostati tutti i parametri di stimolazione, posizionarsi con il cursore sopra "OK" per memorizzare il programma.
- Per avviare il programma memorizzato, premere il tasto .
- La fine del programma viene segnalata con un triplo segnale acustico.




**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza contrazione | 20 Hertz | 120 Hertz |
| Tempo contrazione | 2 secondi | 10 secondi |
| Frequenza recupero | 0 Hertz | 12 Hertz |
| Tempo recupero | 2 secondi | 28 secondi |
| Larghezza impulso | 60 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M10/M11 • EMS rampa 2 secondi.

**EMS rampa 2 sec**.: per impostare programma di EMS con rampa di salita impulso di 2 sec.

**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza contrazione | 20 Hertz | 120 Hertz |
| Tempo contrazione | 4 secondi | 10 secondi |
| Frequenza recupero | 0 Hertz | 12 Hertz |
| Tempo recupero | 2 secondi | 26secondi |
| Larghezza impulso | 60 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M12/M13 • EMS rampa 3 secondi.

**EMS rampa 3 sec**.: per impostare programma di EMS con rampa di salita impulso di 3 sec.

**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza contrazione | 20 Hertz | 120 Hertz |
| Tempo contrazione | 6 secondi | 10 secondi |
| Frequenza recupero | 0 Hertz | 12 Hertz |
| Tempo recupero | 2 secondi | 24 secondi |
| Larghezza impulso | 60 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## M14/M15 • FES.

Programmi disponibili per impostare trattamenti cura e prevenzione incontinenza.

**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza contrazione | 20 Hertz | 120 Hertz |
| Tempo contrazione | 6 secondi | 10 secondi |
| Frequenza recupero | 0 Hertz | 12 Hertz |
| Tempo recupero | 2 secondi | 24 secondi |
| Larghezza impulso | 60 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

### M16/M17/M18 • Agonista/antagonista 16/17/18.

Programmi disponibili per impostare sessioni di lavoro con contrazioni alternate su coppia di canali.
Posizione elettrodi: fare riferimento alle foto del manuale delle posizioni.

- Per muovere il cursore e selezionare il parametro di stimolazione utilizzare i tasti , modificare i valori con i tasti .
- Impostati tutti i parametri di stimolazione, posizionarsi con il cursore sopra a OK per memorizzare il programma.
- Per avviare il programma memorizzato, premere il tasto .
- La fine del programma viene segnalata con un triplo segnale acustico.




**Tabella valori impostabili:**

| DESCRIZIONE PARAMETRO | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|
| Frequenza contrazione | 20 Hertz | 120 Hertz |
| Tempo contrazione | 2 secondi | 10 secondi |
| Frequenza recupero | 0 Hertz | 12 Hertz |
| Tempo recupero | 2 secondi | 26 secondi |
| Larghezza impulso | 60 microsecondi | 500 microsecondi |
| Tempo totale programma | 1 minuto | 60 minuti |

## 15. Impostazioni (SETUP)

**Selezione della lingua e del contrasto display.**

Accendere T-ONE con il pulsante e nell'istante successivo tenere premuto il tasto fino a che appare l'elenco delle lingue.
Rilasciare il tasto: ora con i cursori del mouse potete selezionare la lingua oppure regolare il contrasto del display.

Selezionare la lingua prescelta aiutandosi con i tasti .

Regolare il contrasto del display con i tasti .

Per confermare le selezioni premere il tasto .

# 16. Elettrodi adesivi.

Per la posizione degli elettrodi vedere le foto delle posizioni elettrodi.
Gli elettrodi in dotazione sono pregellati e pronti all'uso, sono particolarmente indicati per trattamenti di elettrostimolazione.
La grande flessibilità ne permette una facile applicazione nel trattamento delle diverse aree.
Per l'utilizzo togliere l'elettrodo dall'apposita plastica protettiva, posizionarlo sulla cute come indicato nel manuale e, dopo l'uso, riattaccarlo alla plastica protettiva.
La durata di un elettrodo è determinata dal pH della pelle; si consiglia comunque di non superare le 10/15 applicazioni con lo stesso elettrodo.
Un reiterato utilizzo degli stessi elettrodi può compromettere la sicurezza della stimolazione, per questo motivo ne è vietato l'uso quando l'elettrodo non aderisce più alla cute; ne può infatti derivare un arrossamento cutaneo che persiste parecchie ore dopo la fine della stimolazione. In tal caso consultare un medico.

# 17. Caratteristiche tecniche.

| | |
|---|---|
| *Classe di rischio:* | IIa in accordo con la direttiva 93/42/CEE. |
| *Classe isolamento:* | apparecchio alimentato internamente, classe II con parti applicate di tipo BF, in accordo con le normative CEI EN 60601-1. |
| *Classificazione:* | IP30, in base alla penetrazione dei liquidi e della polvere; apparecchio non protetto. |
| *Contenitore:* | ABS. |
| *Alimentazione:* | 4 batterie Alkaline da 1.5V formato AA, oppure 4 batterie Ni-Mh 1,2V formato AA (min. 1500 mA). |
| *Consumo medio:* | 1 W. |
| *Limitazioni:* | Apparecchio non adatto a funzionare in ambienti con alte concentrazioni di ossigeno e/o liquidi infiammabili e/o gas infiammabili; non utilizzare con apparecchi di elettrochirurgia o di terapia ad onde corte o microonde. |
| *Funzionamento:* | apparecchio adatto per funzionamento continuo. |
| *Protezioni:* | interne contro inversione della polarità delle batterie e sovraccarichi. |
| *Canali di uscita:* | 4 canali completamente indipendenti ed isolati galvanicamente. |
| *Corrente erogata:* | 218mA di potenza massima picco/picco, 31mA max efficaci per singolo canale con carico da 200 ohm a 1000 ohm. |
| *Tipo di impulso:* | rettangolare / rettangolare bifasico compensato/ monofasico (ionoforesi)/ triangolare/ sinusoidale/ rettangolare con Spyke. |
| *Frequenza:* | funzionamento con gamma impulsi da 0,25 Hz a 16 KHz. |
| *Ampiezza impulsi:* | da 20µs a 400.000µs. |
| *Visualizzazione:* | display LCD grafico 128x64 pixel, riflettivo. |
| *Comandi:* | tastiera in gomma siliconica "soft-touch" a 10 tasti. |
| *Dimensioni:* | mm. 125 x 76 x 34. |
| *Peso:* | 280gr. batterie incluse. |
| *Caricabatterie:* | vedere foglio istruzioni caricabatterie. |
| *Manutenzione e conservazione:* | fare riferimento alle indicazioni riportate al capitolo 8 "Manutenzione e conservazione di T-ONE". |

**Attenzione:** l'apparecchio eroga corrente superiore a 10mA.

CE 0476 Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE per applicazioni di tipo medicale

# 18. Garanzia

T-ONE è coperto da garanzia di anni 2 a decorrere dalla data di acquisto. Il caricabatterie e i cavi di connessione sono coperti da garanzia di 6 mesi; le parti soggette ad usura (elettrodi e batterie) sono esclusi dalla garanzia, a meno di evidenti difetti di fabbricazione.
La garanzia decade in caso di manomissione dell'apparecchio ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.
Le condizioni di garanzia sono quelle descritte tra le "Norme di garanzia".

*SPEDIRE LA CARTOLINA DI GARANZIA.*

## Norme di garanzia.

1. In caso di intervento in garanzia, l'acquirente dovrà compilare il tagliando di assistenza in tutte le sue parti e spedirlo insieme all'apparecchiatura al costruttore. Dovrà essere allegata la ricevuta fiscale o fattura d'acquisto, all'atto della spedizione della merce.
2. La durata della garanzia è di anni 2 (due) sulle parti elettroniche. La garanzia viene prestata attraverso il punto vendita di acquisto oppure rivolgendosi direttamente al costruttore.
3. La garanzia copre esclusivamente i danni del prodotto che ne determinano un cattivo funzionamento. Il prodotto garantito dovrà riportare numero di serie uguale a quello indicato nel presente certificato, pena l'invalidità della garanzia.
4. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d'opera compresa.
5. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria o uso non conformi alle istruzioni fornite, danni provocati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne.
6. La garanzia non si applica inoltre a danni causati all'apparecchio da alimentazioni non idonee.
7. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo.
8. La garanzia non include i costi di trasporto che saranno a carico dell'acquirente in relazione ai modi ed ai tempi del trasporto.
9. Trascorsi i 2 anni la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza verranno eseguiti addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera e le spese di trasporto secondo le tariffe in vigore.
10. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Venezia.

*T-ONE. Tutti i diritti sono riservati. T-ONE ed il logo I-TECH MEDICAL DIVISION sono di esclusiva proprietà di I.A.C.E.R. Srl SU e sono registrati.*

**I.A.C.E.R S.r.l. SU**
*Sede operativa:*
30030 Martellago (VE) - Via. S. Pertini 24/A
Tel +39 041 5401356 - Fax +39 041 5402684
---
*Sede legale:*
S. Marco 2757 - 30124 Venezia
Cod. Fisc./P.IVA IT 00185480274
R.E.A. VE N. 120250 - M. VE001767
Cap.Soc. € 110.000,00 i.v.
www.iacer.ve.it - iacer@iacer.it